

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

DIVULGAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS № 021/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA**, sediada à Avenida Rio Branco nº 298, centro, na cidade de Neves Paulista/SP, inscrita junto ao CNPJ de nº 45.145.414/0001-47, TORNA PÚBLICO que pretendendo efetuar a contratação de bens/materiais na forma abaixo discriminada na forma de Contratação Direta, nos termos que preceitua o artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, convoca as empresas interessadas em apresentar propostas adicionais, de forma a obter a proposta mais vantajosa a essa Administração Municipal (MENOR PREÇO).

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamento médicos assistencial para uso na Secretária a da Saúde.

QUANTITATIVO: Contrato para 12 (doze) meses.

Observação: as especificações de cada item se encontram no Anexo I deste.

PRAZO APRESENTAÇÃO PROPOSTAS: Inicio – 31 de MARÇO de 2025 Termino – 02 de ABRIL 2025

As propostas deverão ser apresentadas impreterivelmente junto ao Setor de Compras do Município de Neves Paulista/SP, através do e-mail: licitação@nevespaulista.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 30 de MARÇO de 2025

Mauro Sergio Gava
Agente de contratação

Av. Rio Branco, 298 – Centro – CEP 15120-000 – Neves Paulista – SP Fone (17) 3271-9020 – www.nevespaulista.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

ANEXO I

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁR IO	ESTIMATIVA PRELIMINAR VALOR TOTAL
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA, SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DO MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS	Unid	02		
RESSUSCITADOR PULMONAR, AMBU, EQUIPAMENTO PORTÁTIL APLICADO PARA UTILIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA MANUAL NÃO INVASIVA, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DA COMPLACÊNCIA PULMONAR E DAS TROCAS GASOSAS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA E SEGURA DO FLUXO DE VENTILAÇÃO. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O):				
- DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO;				
- DEFINIR OS PARAMETROS MENSURADOS; - DETERMINAR AS FAIXAS MÍNIMAS DE MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS: FLUXO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ETC;				
- DEFINIR MODO DE OPERAÇÃO (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO);				
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA, SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DO MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS RESSUSCITADOR PULMONAR, AMBU, EQUIPAMENTO PORTÁTIL APLICADO PARA UTILIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA MANUAL NÃO INVASIVA, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DA COMPLACÊNCIA PULMONAR E DAS TROCAS GASOSAS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA E SEGURA DO FLUXO DE VENTILAÇÃO. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): - DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; - DEFINIR OS PARÂMETROS MENSURADOS; - DETERMINAR AS FAIXAS MÍNIMAS DE MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS: FLUXO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ETC;	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA, SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DO MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS RESSUSCITADOR PULMONAR, AMBU, EQUIPAMENTO PORTÁTIL APLICADO PARA UTILIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA MANUAL NÃO INVASIVA, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DA COMPLACÊNCIA PULMONAR E DAS TROCAS GASOSAS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA E SEGURA DO FLUXO DE VENTILAÇÃO. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): - DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; - DEFINIR OS PARÂMETROS MENSURADOS; - DETERMINAR AS FAIXAS MÍNIMAS DE MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS: FLUXO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ETC; - DEFINIR MODO DE OPERAÇÃO (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO);	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA, SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DO MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS RESSUSCITADOR PULMONAR, AMBU, EQUIPAMENTO PORTÁTIL APLICADO PARA UTILIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA MANUAL NÃO INVASIVA, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DA COMPLACÊNCIA PULMONAR E DAS TROCAS GASOSAS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA E SEGURA DO FLUXO DE VENTILAÇÃO. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): - DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; - DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; - DETERMINAR AS FAIXAS MÍNIMAS DE MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS: FLUXO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ETC; - DEFINIR MODO DE OPERAÇÃO (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO);	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO SER HUMANO E APLICA A CARGA, SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DO MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 50 A 250 CHOQUES / POSSUI / 2 PARES DE ELETRODOS RESSUSCITADOR PULMONAR, AMBU, EQUIPAMENTO PORTÁTIL APLICADO PARA UTILIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA MANUAL NÃO INVASIVA, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DA COMPLACÊNCIA PULMONAR E DAS TROCAS GASOSAS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA E SEGURA DO FLUXO DE VENTILAÇÃO. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): - DETERMINAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; - DEFINIR OS PARÂMETROS MENSURADOS; - DETERMINAR AS FAIXAS MÍNIMAS DE MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS: FLUXO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ETC; - DEFINIR MODO DE OPERAÇÃO (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO);



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

	(I.H.M.);					
2	- DEFINIR: VÁLVULAS DE CONTROLE E AJUSTE, CONECTORES PARA ENTRADA E SAÍDA DE GÁS, ETC;	Unid	02			
	- DEFINIR DEMAIS RECURSOS, CONTROLES, AJUSTES, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, ETC;					
	- DEFINIR ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS, QUANDO APLICÁVEL E DE ACORDO COM A NECESSIDADE: MANGUEIRAS PARA ENTRADA DE GÁS; MÁSCARAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS (DEFINIR APLICAÇÕES E TAMANHOS);					
	- DEFINIR OPCIONAIS: PULMÃO TESTE EM SILICONE; BLENDER PARA MISTURA DE GASES; SUPORTE COM PEDESTAL E RODÍZIOS.					
	CARRO DE PARADA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM SUPORTE DE SORO E TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM AÇO CARBONO TUBULAR COM 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISORIAS DE ACRILICO, PUXADOR LATERAL, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE DE SORO COM 2 GANCHOS EM FORMA DE T, RODIZIOS GIRATÓRIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 805X450X800MM.					
3		Unid	02			
	VALOR TOTAL =					

Maura Sargia Caya

Mauro Sergio Gava Agente de Contratação